

## Отзыв об апробации аппарата для непрямого массажа сердца LUCAS 2

В СПб ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи №4» проходила апробация аппарата для непрямого массажа сердца LUCAS 2 в период с апреля по май 2012 года. За это время аппарат использовался два раза.

В первом случае был пациент с множественными проникающими колото-резаными ранами грудной клетки и живота. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали клиническую смерть. При установленном на пациенте аппарате наблюдались параметры жизнедеятельности. Пациент был транспортирован в операционную стационара. В общей сложности реанимация аппаратом продолжалась 35 минут (10 минут на догоспитальном этапе, 25 мин – в стационаре).

Во втором случае аппарат применялся на пациенте, обнаруженным повешенным. При использовании аппарата наблюдались следующие параметры жизнедеятельности: АД 120/80 мм.рт.ст., пульс 120 ударов в минуту. Со стабильными показателями гемодинамики пациент был доставлен в ОАРИТ ближайшего стационара, где смерть наступила через четыре дня вследствие отека головного мозга.

Отметим, что в обоих случаях аппарат проводил компрессии с постоянной глубиной и частотой (предварительно был протестирован на манекене). Нареканий к работоспособности (от сети и аккумуляторной батареи) у специалистов не было.

Со своей стороны, по результатам апробации аппарата для непрямого массажа сердца мы хотим отметить, что прибор

1. позволил доставить пациентов живыми до стационара;
2. освобождает руки медицинского персонала;
3. простой в управлении и удобный в использовании.

Главный врач

СПб ГБУЗ «Станция скорой  
медицинской помощи №4»



Целиков В.А.